



| | ϕE | K1 | $\phi D1$ | SW | K2 | N |
|-------|----------|----|-----------|----|----|-------|
| G1/2" | G1/2" | 14 | 26 | 27 | 12 | G1/2" |
| G3/4" | G3/4" | 16 | 32 | 32 | 14 | G3/4" |

| L | $U1 \pm 1$ | ϕd |
|-----|------------|---|
| 101 | 73 | $\phi 17 \times 5 \text{mm} / \phi 17 \times 4 \text{mm}$ $\phi 17 \times 3 \text{mm}$ |
| 138 | 110 | |
| 198 | 170 | |
| 288 | 260 | |
| 438 | 410 | |

| | Tag | Name |
|------------|------------|--------|
| Gez. | 26.09.2010 | Tersch |
| Gepr. | 23.03.2011 | Smegal |
| Norm gepr. | | |

Jako-Messtechnik GmbH
Lamezanstrasse 14
A-1230 Wien

Maßstab
1:1

**Schutzrohr DIN 43772-9
einteilig - Außengew.
beidseitig**

Allgemein-
toleranzen
ISO 2768-m

Zeichnungs- Artikelnummer:
DIN-Schutzr. Form 9

Version: 1

Programmnummer: